

Kalibreerimistunnistus

Roopa mõõteseadme kaldemõõturi kalibreerimine

Nr PR.18-02

1. Kalibreeritav seade:	ViaPPS
2. Seadme tootja:	ViaTech AS
3. Seadme omanik:	Teede Tehnokeskus AS
4. Mõõtja:	Veiko Tikas
5. Kalibreerimise alusdokument:	User Manual ViaPPS Recorder USR100247
6. Kalibreerimise kuupäev:	13.03.2026
7. Kalibreerimise väärtus:	
a. Kalde korrigeerimine (imu):	-0,005803 [rad] (-0,580259[%])
b. Kalde korrigeerimine (gnss):	-0,014825 [rad] (-1,482614[%])
8. Välja antud:	13.03.2026
9. Kehtib kuni:	13.03.2027

Tallinnas
01.04.2026

Sven Veskioja
Mõõtmised ja uuringud projektijuht