

Lisa 1- Tehniline kirjeldus ja tehniliste nõuete vastavustabel

NB! Pakkuja täidab kõik kollasega tähistatud väljad

Gaasidetektor peab vastama järgmistele tingimustele:

Jrk nr	Nõue	Vastab/ Ei vasta	Kirjeldus (nt viide tehnilisele dokumendile ja/või muud pakutava seadme andmed
1.	Hangitav kogus: 4 tk (neli tükki)		
2.	Seadmel peab olema vähemalt 4 (neli) andurit, tuvastamaks vähemalt: O ₂ – hapnik; CO - vingugaas; H ₂ S - vesiniksulfiid ehk divesiniksulfiid; plahvatusohtlikud gaasid- CH ₄ – metaan.		
3.	Seadmel peab olema alarm – nii heli, vibreerimise kui ka valgusega.		
4.	Peab töötama autonoomse toitega (nt patareiga või olema laetava akuga). Kui lisanduvad laadimistarvikud peavad need olema hinna sees.		
5.	Seadet peab olema võimalik kinnitada ametniku riiete/vöö külge.		
6.	Seadme kaal kuni 300 g.		
7.	Mõõdud: ükski mõõt ei tohi ületada 13 cm (max 13 x 13 x 13 cm).		
8.	Töötemperatuurid vähemalt vahemikus - 20 kuni + 50 C.		
9.	Vähemalt IP65 või samaväärne.		
10.	Eestikeelne kasutusjuhend. Vajadusel kasutajate nõustamine seadme kasutamise osas.		
11.	Seade peab üleandmisel olema kalibreeritud ja selle kohta peab kaasas olema akt.		
12.	Kui seadmel on bluetooth või wi-fi funktsioonid, peavad need olema välja lülitatud ja seadet peab saama kasutada ilma nende funktsioonideta.		
13.	Garantii vähemalt 12 kuud.		
14.	Tarneaeg maksimaalselt 60 kalendripäeva tellimusest.		
15.	Tarneaadress: Pärnu mnt 139, Tallinn.		

	Hooldusteenus: gaasidetektorite justeerimise, kalibreerimise ning hooldus- ja remonttööde tellimine:	Vastab/Ei vasta
1.	Teenust tellitakse vajaduspõhiselt soetatud või lisanduvatele gaasidetektoritele.	
2.	Gaasidetektorite kalibreerimise intervall on 12 kuud ehk üks kord aastas või vastavalt tellija vajadusele. Kalibreerimis teenus sisaldab ka korralise hoolduse teenust.	
3.	Gaasidetektorite justeerimine, kalibreerimine, hooldus- ja remonttööd tuleb läbi viia selliselt, et seadmete soetusjärgne garantii säiliks.	
4.	Seadmete remont- ja hooldustööd tuleb teostada vastavalt seadme valmistajatehase ja/või tootja juhisteile.	
5.	Seadmete remont- ja hooldustöödel on lubatud kasutada ainult konkreetse seadme originaalvaruosi või samaväärse kvaliteediga selle välja vahetamisel või tarvikute müümisel. Samaväärse kvaliteediga varuosa on varuosa, mille puhul tootja suudab igal ajal tõendada, et varuosa kvaliteet vastab konkreetse seadme valmistamisel kasutatud osade kvaliteedile.	
6.	Juhul, tellija vajab seadme vea tuvastamist, siis saadetakse seade täitja juurde diagnostikasse.	
7.	Hankijal peab olema võimalus lepingu esemeks olevaid asju (gaasidetektoreid) teenuse (seadme justeerimise, kalibreerimise ning hooldus- ja remonttööde) saamiseks üle anda Eestis.	
8.	Vajalike tööde teostamiseks, sh hoolduseks/remondiks vaja minevate detailide ja varuosade vahetamiseks, esitab pakkuja tellijale detailse vaja minevate tööde/asjade loetelu koos nende maksumustega. Tellija kinnitab tööde/asjade loetelu koos nende maksumustega enne tööde teostamist.	
9.	Teenuse osutamise maksimaalne aeg ei tohi ületada järgmisi allolevaid tarneaegu, täpsem tarneaeg lepitakse poolte vahel eraldi kokku:	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hooldus- ja remonttööd, justeerimine ning kalibreerimine 15 kalendripäeva, alates gaasidetektorite üle andmisest täitjale. ○ Tarvikute ning varuosade tarnimine 90 kalendripäeva, alates tellimuse kinnitamisest. 	
10.	Seadmete justeerimiseks, kalibreerimiseks, hooldamiseks ning remonttööde teostamiseks peab tööde teostajal olema seadme tootja/valmistajatehase poolne kehtiv sertifikaat (tõend/volitus) vastavat tüüpi seadme tööde teostamiseks. Juhul, kui teenusepakkuja on gaasidetektorite tootja, esitab pakkuja sellekohase omakäelise kinnituse.	
11.	Tööde teostajal peab olema piisaval hulgal töötajaid (lähtudes teenuse osutamise aja nõudest punktis 9, kes peab olema läbinud vajaliku väljaõppe ning praktika vastavate tööde teostamiseks, mis peab olema kinnitatud seadme tootja/valmistajatehase poolse sertifikaadi/tõendi/volitusega.	
12.	Kõik väljastatavad dokumendid (aktid jms) teenuse kohta peavad olema tellijale esitatud eesti keeles või võõrkeelse dokumendi korral juurde lisatud eesti keelne tõlge. Tõlkekulude eest tellija eraldi ei tasu	
13.	Varuosad paigaldab seadmetele täitja, tellitavatele tarvikutele paigaldusteenust ei ole vaja	