

Rahvatervise labori kesklabor	
Lisa 8.1g PAINDLIK ULATUS – METALLIDE MÄÄRAMINE VEES INDUKTIIVSIDESTUSEGA PLASMA MASS- SPEKTROMEETRILISEL (ICP-MS) MEETODIL Fail: LISA 8.1g RM09_paindlik_nimekiri.doc	Lk nr 1 (1)
	Kuupäev: 16.11.2023
Koostas: (Üle vaatas:)	P.Sapožnikov, O.Nemvalts
Kinnitas:	I. Honga

Jrk. nr	Elemendi nimetus	AP µg/l	MP µg/l	RSD %	MM %
1	Pb	0,2	0,3	5	13
2	Cd	0,1	0,2	5	15
3	Cr	0,3	0,4	7	25
4	Ni	1	2	5	14
5	As	0,1	0,2	6	15
6	Sb	0,2	0,3	11	25
7	Se	1	2	6	22
8	Cu	1	2	6	20
9	Zn	2	4	5	23
10	Fe	7	12	12	30
11	Mn	2	3	10	24
12	Co	0,1	0,2	6	14
13	Al	5	8	6	19
14	Mo	0,8	1,3	9	39
15	Ag	0,3	0,4	7	21
16	Tl	0,4	0,7	6	25
17	B	2	3	8	25
18	Ba	0,4	0,7	4	11
19	Hg	0,2	0,3	10	30
20	Sn	3	5	9	34
21	U	0,1	0,2	2	17
22	Sr	1	2	7	17
23	Nb	1	2	14	29

- 1) Avastamispriir (AP)
- 2) Määramispriir (MP)
- 3) Korratavus, % (RSD)
- 4) Mõõtemääramatus, % (MM)