

RIIKLIKU JÄRELEVALVEMENETLUSE NR 12.4-2/25/557 MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL nr 12.4-2/25/557-8

Menetlustoimingu põhjus:

☒ ohu ennetus

☐ ohukahtlus

☐ järelkontroll

☐

Protokollitav menetlustoiming:

☐ valdusesse sisenemine

☐ vallasasja läbivaatus

☐ proovi võtmine

☐ valduse läbivaatus

☐ vallasasja hoiulevõtmine

☐ mõõtmiste teostamine

☐ valduse paikvaatus

☒ menetlusosalise küsitlemine

☐

☐ dokumentide nõudmine

☐ küsitlemine

Menetlustoimingu teostanud ja protokollki koostanud ametnik: Eva Puhm, vaneminspektor, 55943258, eva.puhm@terviseamet.ee

(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Menetlustoimingu kuupäev/kellaeg: 19.11.2025

Kell 15.06 kuni 15.42

Koht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pirni tn 7/2, II korrusel, ruum nr 24

Menetlusosaline isik: Grikeyn OÜ

Isikukood/registrikood: 16403510

Elukoht/asukoht: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Allika tn 8, 48306

Telefon: 53467619 **e-post:** sofiabutiikinfo@gmail.com

Esindaja: Keidi Uiga, juhatuse liige, 53467619, keidiuigailustuudio@gmail.com

(isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

MENETLUSTOIMINGU EESMÄRK JA TUVASTATUD ASJAOLUD:

Menetlustoimingu eesmärk on kontrollida Grikeyn OÜ poolt laserepilatsiooni protseduuri käigus sünnimärkide katmiseks kasutatava toote kasutamist.

Ameti küsimused, Grikeyn OÜ juhatuse liikme Keidi Uiga vastused:

Amet: Ettevõtte teavitas ametit 11.11.2025 toote Nikk Mole Brow Paste kasutamise lõpetamisest ning uue toote 3M™ Microfoam™ Surgical Tape kasutuselevõtmist. Laserepilatsiooni teenuse käigus sünnimärkide katmiseks kasutatava toote 3M™ Microfoam™ Surgical Tape näol on tegemist hüpoallergeense, lateksivaba vahtteibiga, mis ei sisalda geeli ega kummi ning tagab kindla nakkumise ka ebataastetele või kontuursetele pindadele. Rahvatervishoiu seadus § 19 lg 2 näeb ette, et iluteenust vahetult osutaval isikul peavad olema tõendatud teadmised ja oskused teenuse ohutuks osutamiseks ning tõsise soovimatu mõju ennetamiseks. Mille alusel valisite toote 3M™ Microfoam™ Surgical Tape laserepilatsiooni protseduuril sünnimärkide katmiseks?

Keidi Uiga: Küsisin soovitusi laserseadmete edasimüüjatelt ning tootjatelt, kelle sõnul on Euroopa turult väga keeruline või võimatu leida toodet, mis oleks spetsiaalselt ette nähtud laserepilatsiooni ajal sünnimärkide katmiseks, kuid soovitati hüpoallergeenset meditsiinilist teipi. Valisin toote 3M™ Microfoam™ Surgical Tape, sest see on valget värvi, paks (paksem võrreldes eelnevalt kasutusel olnud tootega Nikk Mole Brow Paste), hüpoallergeenne, ei sisalda kummi, metalli ega geeli ning on nahale õrn ja talub laserseadme soojust.

Amet: Kuidas veendusite, et antud toode sobib laserepilatsiooni protseduuril sünnimärkide katmiseks? Kas olete veendunud, et toode on kuumakindel ning see ei reageeri laserkiirguse toimel (nt sulamise, suitsu, värvimuutuse või muu soovimatu mõjuga)?

Keidi Uiga: Testisin toodet 3M™ Microfoam™ Surgical Tape enne klientidel kasutamist enda nahal. Toote kasutamisel ei ilmenud ühtegi märki laserkiirguse toimest. 3M™ Microfoam™ Surgical Tape ei läinud kuumaks, ei sulanud, suitsunud ega muutnud värvi.

Amet: Kirjeldage toote 3M™ Microfoam™ Surgical Tape kasutamist, kas laseriga liigutakse üle teibi?

Keidi Uiga: Lõikan tootest 3M™ Microfoam™ Surgical Tape tüki, mis katab sünnimärgi piisava varuga (suurem tükk kui kahekordne sünnimärgi suurus) ning kleebin selle sünnimärgile. Määrin töödeldavale piirkonnale laserprotseduurideks ettenähtud geeli (geel võib sattuda ka teibile) ning alustan protseduuri. Protseduuri käigus ei liigu ma laserseadmega üle teibitud alade, vaid töötlen nahka teibi vahetust lähedusest (paar mm vahe teibiga).

Keidi Uiga demonstreerib, kuidas I klassi laserseade DIODE LASER (Hair removal system) mudel PULSAR töötab tootel 3M™ Microfoam™ Surgical Tape.

Näidis 1. Keigi Uiga lõikab tootest 3M™ Microfoam™ Surgical Tape umbes 2x2 cm tüki ning kleebib selle enda käsivarre alumisele küljele sünnimärgi peale. Seejärel määrab ta käsivarre alumise külje geeliga kokku ning paneb laserseadme tööle. Laserseade soojeneb 30 sekundit ning Keidi Uiga alustab protseduuriga liikudes laserseadmega käsivarre alumisel osal edasi-tagasi, jättes teibi serva ja laseriga töödeldava ala vahele väikese vahe. Keidi Uiga teeb laseriga käele kokku 50 sähvatust. Peale näidisportseduuri on teip kehatemperatuuriga. 3M™ Microfoam™ Surgical Tape kasutamisel laserprotseduuri ajal ei ilmenud ühtegi märki laserkiirguse toimest, toode ei kuumenenud üle, ei sulanud, suitsenud ega muutnud värvi.

Näidis 2. Keigi Uiga lõikab tootest 3M™ Microfoam™ Surgical Tape umbes 2x2 cm tüki ning kleebib selle enda kliendivoodile, mis on kaetud valge ühekordse aluslinaga. Geeli seekord ei kasutata. Laserseade soojeneb 30 sekundit ning Keidi Uiga alustab protseduuriga. Ta liigub laserseadmega teibitud kohal edasi-tagasi. Keidi Uiga teeb laseriga teibile kokku 50 sähvatust. Peale näidisportseduuri on teip umbes nahatemperatuuriga, st ei kuumene. 3M™ Microfoam™ Surgical Tape peale tehtud laserprotseduuri ajal ei ilmenud ühtegi märki laserkiirguse toimest, toode ei läinud kuumaks, ei sulanud, suitsenud ega muutnud värvi.

(juhul, kui lisa ei täideta, tuleb märkida selgitus või kajastada menetlustoimingu käigus toimunut)

Menetlustoimingu juures viibinud isik: Keidi Uiga, juhatuse liige

(isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Menetlustoimingul: ☐ jäädvustati olukord pilti/heli salvestava seadmega:

.....
(seadme nimetus, mark, seerianumber)

Protokolli lisad:

☐ Menetlustoimingu protokoll lisa:

.....
(menetlustoimingu protokoll lisa nimetus)

☐

(kontrollproovi võtmise protokollid, läbivaatused)

☐ Fototabel nr

(muud dokumendid, mille lisamise vajadus tekib menetlustoimingu käigus)

Taotlused:

.....

.....
(menetlusosalise isiku poolt esitatud täiendavad taotlused)

Menetlustoimingu tulemus:

☒ Amet lõpetab riikliku järelevalvemenetluse.

☐ Amet jätkab riiklikku järelevalvemenetlust. Järgnevaid menetlustoiminguid selgitab menetlust läbiviiv ametnik.

Ametnik: Eva Puhm, allkirjastatud digitaalselt

(nimi, allkiri)