

Võrdlusmõõtmiste akt

Võrdlusmõõtmiste sisu: FWD mõõtmisel kasutatavate termomeetrite võrdlus etalontermomeetriga

Võrdluse teostamise kuupäev: 01.06.2026

Võrreldavad termomeetrid:

- FWD mõõtmisseadmel olev termomeeter 86231-0286;
- Võrdlustermomeeter: Numbrinäiduga termomeeter TES1300 nr. 990205150 jaotise väärtusega 0,1 C;
- Etalontermomeeter: temperatuuri ja niiskuse meerik CEM DT-172 nr 151224070 jaotise väärtusega 0,1 C;

Võrdlemisel võrreldi võrreldavate termomeetrite näite etalontermomeetriga õhus siseruumis. Võrdlemise tulemused allpool olevas tabelis.

Termomeeter	CEM DT-172	TES1300, andur K	86231-0286
Mõõtetulemus, C	20,3	20,2	20,3

Võrdlusmõõtmiste läbiviija: Markus Mänd

/allkirjastatud digitaalselt/

Sven Veschioja
Mõõtmiste projektijuht
Mõõtmised ja uuringud osakond

tel: 5330 9425

e-post: sven.veschioja@teed.ee

Lisad: kalibreerimistunnistus

- CEM DT-172 (0755_26_ATLT_Teede Tehnokeskus AS)