

OHUTUSTASEMED JA ERIABINÕUDE RAKENDAMINE

Sissejuhatav märkus

Ohutustasemeid ja eriabinõusid rakendatakse diagnostika- ja katselaborites ning tervishoiuteenuse osutamise ja veterinaarpraksisega tegelevate ettevõtete isolatsiooniruumides, kus viibivad 3. või 4. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega nakatunud või nakkuskahtlusega patsiendid või loomad.

Loetletud eriabinõusid rakendatakse vastavalt tegevuse laadile, töökeskkonna riskianalüüsi tulemustele ja bioloogilise ohuteguri nakatamisvõimele.

Tabelis tähendab märke „soovitav“ seda, et põhimõtteliselt tuleks meetmeid kohaldada, välja arvatud juhul, kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ei järeldu vastupidine.

A. Eriabinõud	B. Ohutustasemed		
	2	3	4
Töökoht			
1. Töökoht isoleerida muust tegevusest samas ehitises	ei	soovitav	jah
2. Töökoht peab olema fumigeerimiseks õhukindlalt suletav	ei	soovitav	jah
Ruumid			
3. Nakkusohtlikku materjali, kaasa arvatud loomad, käideldakse ohutuskapis, isoleeritult või kasutatakse muud sobivat kaitset	vajadusel	jah, kui nakkus võib levida õhu kaudu	jah
Seadmestik			
4. Õhuvahetus läbi filtrite (HEPA-filter ¹ või samaväärne)	ei	jah, väljuv õhk	jah, sisenev ja väljuv õhk
5. Töökohal alarõhk atmosfäärirõhu suhtes	ei	soovitav	jah
6. Veekindlad ja kergesti puhastatavad pinnad	jah, lauad ja põrand	jah, lauad, põrand ja muud pinnad vastavalt töökeskkonna	jah, lauad, lagi, seinad, põrand

¹ HEPA: tõhus tahkete osakeste filter

		riskianalüüsi tulemustele	
7. Tööpinnad happe-, aluse-, lahustikindlad ja neid saab desinfitseerida	soovitatav	jah	jah
Töösüsteem			
8. Sissepääs lubatud vaid asjaomastele töötajatele	soovitatav	jah	jah, läbi õhuluku ²
9. Tõhus kontroll nakkuse levitajate üle (nt närilised ja putukad)	soovitatav	jah	jah
10. Desinfitseerimine kindlaksmääratud viisil	jah	jah	jah
11. Bioloogilise ohuteguri ohutu säilitamine	jah	jah	jah, väga kindlalt
12. Töötajad peavad enne eraldatud alalt lahkumist käima duši all	ei	soovitatav	soovitatav
Jäätmed			
13. Valideeritud inaktiveerimisprotsess loomakorjuse ohutuks kõrvaldamiseks	soovitatav	jah, kohapeal või väljaspool töökohta	jah, kohapeal olemas
Muud meetmed			
14. Laboris võivad olla ainult seal kasutatavad töövahendid	ei	soovitatav	jah
15. Vaateaken ruumis toimuva jälgimiseks	soovitatav	soovitatav	jah

² Õhulukk: sissepääs peab toimuma läbi õhuluku, mis on laborist eraldatud kamber. Õhuluku puhas pool peab olema piiratud alast eraldatud rõivastumis- või dušialaga ja eelistatavalt vastastikuste lukustuvate ustega.