

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
info@mkm.ee
Suur-Ameerika 1
10122, TALLINN

Teie 10.04.2026 nr 2-1/1307-1

Meie 21.04.2026 nr 1-6.1/51-1

Ruumiandmete seaduse jt seaduste muutmise seaduse ning teenuste kujundamise väljatöötamiskavatsus

Täname võimaluse eest avaldada arvamust ruumiandmete seaduse jt seaduste muutmise seaduse ning teenuste kujundamise väljatöötamiskavatsusele.

Toetame väljatöötamiskavatsuses püstitatud eesmärki tagada geodeetiliste täppismõõtmiste kvaliteet ja mõõtetulemuste ühtlane usaldusväärsus kogu riigis.

Juhime tähelepanu, et mõõtevahendite metrooloogilise kontrolli juures tuleb alustada mõõtevahenditele täpsuse nõuete seadmisest, millele vastavust on seejärel võimalik hinnata regulaarse jälgitava kalibreerimisega. Kui mõõtevahenditele täpsusnõudeid ei kehtestata, ei ole ainult kohustusliku kalibreerimise nõude läbi võimalik püstitatud eesmärki saavutada. Seda seetõttu, et fikseeritakse küll mõõtehälbed, aga nii kalibreerijal kui ka kasutajal puudub kohustus hinnata, kas kalibreeritud seade sobib valitud mõõteülesande täitmiseks. Lisaks tuleb kohustuslikule kalibreerimiskohustusele seada nõudena ka maksimaalne lubatav intervall.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Lillepea
Juhatuse liige