

Diagnostilised referentsväärtused

1. Hamba röntgenülevõtte diagnostiline referentsväärtus on järgmine:

Protseduur	Pealelangev õhukerma (K) (mGy)
Alumise purihamba intraoraalne röntgenülevõtte	1,2

2. Ortopantomograafia diagnostiline referentsväärtus on järgmine:

Protseduur	Doospindala (DAP) (mGy*cm ²)
Ortopantomograafia	90

3. Hammaste koonuskimp-kompuutertomograafia diagnostiline referentsväärtus on järgmine:

Protseduur	Doospindala (DAP) (mGy*cm ²)
Hammaste koonuskimp-kompuutertomograafia, üks sektor, täiskasvanu režiimil, FOV (<i>field of view</i> – vaateväli) < 40 cm ²	440

4. Täiskasvanu röntgenülevõtte diagnostilised referentsväärtused on järgmised:

Protseduur	Naha sisenddoos (ESD) (mGy)	Doospindala (DAP) (Gy*cm ²)
Rindkere röntgenülevõtte (seistes, otseülevõtte PA)	0,14	0,10
Nimmelülide röntgenülevõtte (seistes, otseülevõtte AP)	2,0	1,4
Nimmelülide röntgenülevõtte (seistes, külgeülevõtte)	5,0	2,4

5. Mammogrammide diagnostilised referentsväärtused on järgmised:

Protseduur	Keskmine rinnanäärmedoos (MGD) (mGy)
Mammogramm (kraniokaudaalsuunas, CC)	1,3
Mammogramm (põikisuunas, MLO)	1,4

6. Täiskasvanu kompuutertomograafia diagnostilised referentsväärtused on järgmised:

Protseduur	Kompuutertomograafia volumetriline doosiindeks (CTDI _{vol}) (mGy)	Doospikkus (DLP) (mGy*cm)
Peaaju kompuutertomograafia natiivis	50	830

Peaaju- ja kaelaarterite kompuutertomograafia-angiograafia	15	580
Kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia	6,0	230
Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosess faasis	13	620

7. Menetlusradioloogia diagnostilised referentsväärtused on järgmised:

Protseduur	Summaarne doospindala (DAP) (Gy*cm²)
Koronarograafia	29
Koronaarangioplastika (esimene stenoos)	45