



Anna Mirme
Vanity Estetic
kelloanna@gmail.com

Meie 22.12.2025 nr 12.4-2/25/571-7

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamisest

Terviseamet (edaspidi amet) alustas 19.09.2025 [rahvatervishoiu seaduse](#) § 32 lg 1 alusel ning vastavalt [korrakaitseaduse](#) § 24 lg 1 ja ameti ohuprognoosile Vanity Estetic OÜ (registrikood 16717711; edaspidi ettevõtte) suhtes riikliku järelevamenetluse.

Riikliku järelevamenetluse eesmärgiks oli kontrollida tarbijale osutatava laserepilatsiooni teenuse terviseohutust ning sotsiaalministri 24.08.2025 määruse nr 41 „[Nõuded ilu- ja isikuteenuse osutamisele](#)“ (edaspidi määrus nr 41) nõuete täitmist ettevõtte tegevuskohas (aadressil Kalda tee 28, Tartu linn).

Riikliku järelevamenetluse käigus tuvastati järgnevad asjaolud:

- Laserepilatsiooniks kasutatakse seadet Diode Laser, mudel Evolution (edaspidi seade), millel puudus laserseadme klass. Määruse 41 § 3 lg 1 kohaselt ei ole teenuseosutajal lubatud teostada esteetilisi ja haiguste ravimisega seotud protseduure ega kasutada teenuse osutamisel seadmeid või manustada teenusesaajale ravimeid, mis on lubatud vaid tervishoiuteenuse osutajale tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses. Protseduurid II ja kõrgema klassi laseriseadmetega on tervishoiuteenused. Ettevõtte edastas ametile 28.11.2025 e-kirjaga dokumendid, mille kohaselt on **tootja kinnitusel tegemist I klassi laserseadmega**.
- Teenuseosutaja kasutas klientide naha puhastamiseks toodet „Хлоргексидина биглюконат 0,05%“, millel puudus eestikeelne info. Muuhulgas selgitas teenuseosutaja, et oli ostnud antud toote Venemaalt. Määruse 41 § 6 lg 9 kohaselt peab teenuseosutaja kasutama puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks ainult selliseid vahendeid ja aineid, mis on lubatud turule Euroopa Liidu õiguse kohaselt. Kasutamine peab toimuma vastavalt tootja juhiste viisil, mis tagab tõhusa toime ega ohusta inimeste tervist. Ettevõtte edastas 5.12.2025 kirja, milles kinnitas, et **lõpetas toote „Хлоргексидина биглюконат 0,05%“ kasutamise** ja asendas toote antiseptilise spreiga „Asept“.

Laserepilatsiooni teenuse osutamisel kasutatakse sünnimärkide katmiseks kosmeetikatoodet „7 Days Extremely Chick **Eye Pencil**“ (edaspidi kosmeetikatoode), mille kohta esitas amet täiendavad küsimused, et täpsustada kosmeetikatoote kasutamist sünnimärkide katmisel. Ettevõtte esindaja selgitas, et nimetatud kosmeetikatoodet on soovitanud seadme esindajad ja koolitajad. Samuti kirjeldas kosmeetikatoote valge värvuse füüsikalisi omadusi ja selle kaitset sünnimärkide katmisel ning sünnimärkide katmise protsessi. Lisaks tõi välja, et praktilise töö käigus ei ole esinenud kõrvaltoimeid ega reaktsioone.

Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes riikliku järelevamenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janeli Moora
inspektor (keskkonnatervis)

Janeli Moora
58481930 janeli.moora@terviseamet.ee