



RAVIMIAMET

ANALÜÜSI PROTOKOLL nr L-13-V-1/2024

Aqua purificata ECOMATIC TÜÜP 2			
Analüüsiks saadud	Pärnu Haigla Apteek, Ristiku tn 1, Pärnu		
Valmistamise kuupäev	18.03.2024	Kõlblik kuni	24.03.2024
Saabumise kuupäev	18.03.2024	Analüüsi kuupäev	21.03.2024
Proovi seisukord	Saabus 1 pakend, pakend kahjustusteta		

Kvaliteedinõuete ja analüüsimetoodika alus: Ph.Eur. 11.3 Water, purified 04/2018:0008

Määratav näitaja (meetod LM-3-2023)	Nõue	Tulemus
Kirjeldus	Selge värvusetu vedelik	Vastab
Happesus	Lahus ei tohi värvuda punaseks	Vastab
Leelisus	Lahus ei tohi värvuda siniseks	Vastab
Taandavad ained	Lahus jääb õrnalt roosakaks	Vastab
Kloriidid	15 min jooksul lahus selge	Vastab
Nitraadid, ppm	$\leq 0,2$	Vastab
Sulfaadid	1 tunni jooksul lahus selge	Vastab
Ammoonium, ppm	$\leq 0,2$	Vastab
Kaltsium ja magneesium	Selge sinise värvuse teke	Vastab
Aurustusjääk, %	$\leq 0,001$	Vastab

Järeldus: Analüüsitud proov vastab ülaltoodud andmetel kvaliteedinõuetele.

Märkused: -

Eveli Holst
Analüüsi teostaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Aune Ahman
Labori juhataja

Analüüsi protokollis esitatud tulemused kehtivad ainult analüüsitud proovi kohta.

Analüüsi protokoll ei tohi esitada mittetervikuna ilma labori juhataja kirjaliku loata.

Nooruse 1 / 50411 Tartu / 737 4140 / info@ravimiamet.ee / www.ravimiamet.ee / Registrikood 70003477