

Maria Nooni

From: Toomas Villo | Eurosec <toomas@eurosec.ee>
Sent: 16. märts 2016. a. 13:45
To: riigihanked@list.politsei.ee
Subject: [riigihanked] Teabenõue 2

Tere,

Seoses Narkoanalüsaatorite ostmine“ hankega soovime teada, millise dokumendi alusel tunnistati vastavaks Selfdiagnostics OÜ pakutav seade nõutud töötemperatuuride vahemiku osas kui immunoanalüüsi meetodi puhul on teada, et testimise aeg analüüsi puhul temperatuuril 2°C võrdluses 20°C ei ole sama st. 2°C temperatuuril ei ole seade võimeline teostama analüüsi hankes nõutud maksimaalse ajaga.

Best Regards,

Toomas Villo
CEO

Eurosec OÜ

New Address: Helgi tee 2, Peetri alevik, Rae vald 75312, Estonia

Tel: +372 50 555 40 E-mail: toomas@eurosec.ee

Skype: toomasvillo

www.eurosec.ee

EuroSec

Käesolev e-kiri ja/või selle lisad võivad sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni ning on mõeldud kasutamiseks ainult nimetatud adressaadile. Juhul kui Te ei ole selle e-kirja adressaat, siis palume arvestada, et käesoleva e-kirja sisuga tutvumine, kasutamine, avaldamine ja/või levitamine on keelatud. Sellisel juhul palume Teil viivitamatult võtta ühendust e-kirja saatjaga ning kustutada saadud e-kiri, sellele lisatud failid ning koopiad.

This e-mail message and/or attachments may contain legally privileged information. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by replying to this message and please delete it from your computer.